



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 05.02.2016r.

ZDM - LD-0506/01/16

Nr wpływu : 2282

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy : Zapytania ofertowego „Suszarka do próbek betonowych do badania nasiąkliwości,

Do Zamawiającego w dniu 04-02-2016r. wpłynęły następujące pytania :

1. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści suszarkę z komorą wewnętrzną wykonaną ze stali nierdzewnej i obudową z blachy malowanej proszkowo? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza komorę wewnętrzną wykonaną ze stali nierdzewnej, natomiast nie dopuszcza blachy malowanej proszkowo ze względu na trudność czyszczenia i jej konserwacji.

2. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści suszarkę o wymiarach wewnętrznych 725 x 695 x 780 mm (szer. x gł. x wys.) oraz zachowaniem wymaganej przez Zamawiającego pojemności urządzenia. Jeżeli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza suszarkę o wymiarach wewnętrznych 725 x 695 x 780 mm (szer. x gł. x wys.).

3. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści suszarkę o wymiarach zewnętrznych 990 x 900 x 920 mm (szer. x gł. x wys.)? Jeżeli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza suszarkę o wymiarach zewnętrznych 990 x 900 x 920 mm (szer. x gł. x wys.) lecz nie szerszą niż podany wymiar.

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Inwestycji Drogowych

Maciej Gust

Kontakt:
Katarzyna Oskaldowicz
52 582 27 36

Kierownik
Laboratorium Drogowego

mgr inż. Katarzyna Oskaldowicz

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a, tel. (52) 582 27 23 • fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971